

Probenahme flaschen aus Glas nach DIN 12036, Behr Sampling Bottle DIN 12036

Probenahme flaschen aus Glas nach DIN 12036

Probennahme flaschen und Glasstopfen behrotest® entsprechend DIN 12036 mit Kegelschliff und massivem Glasstopfen mit abgerundetem Ende. Aus Borosilikatglas 3.3.

Die Stopfen bieten zwei Vorteile:

- keine Luftblasenbildung am Stopfenende beim Eintauchen in die Probenflüssigkeit
- geringere Bruch- und Rissgefahr als bei Hohlstopfen

Typ	Volumen ml	Schliffgröße NS	Best.-Nr.
PFL 500	500	24/29	14 48 65027
PFL 1000	1000	24/29	14 48 65028
PFL 2000	2000	29/32	14 48 65029

Glasstopfen mit abgerundetem Ende, massiv, behrotest®

Typ	Größe NS	Best.-Nr.
MST 24	24/29	13 48 65023
MST 29	29/32	13 48 65024

